

Wyjaśnienia i zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy: zapytania ofertowego na sprzedaż i dostarczenie specjalistycznego sprzętu medycznego dla budynku centrum opiekuńczo – mieszkalnego, w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1”

Pytanie nr 1

Łóżko rehabilitacyjne - Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o gr. 12 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający zmienia brzmienie opisu pozycji 1 Łóżko rehabilitacyjne na:

Specyfikacja:

- czterosegmentowe leże
- regulacja leża za pomocą pilota
- regulacja pilotem kat nachylenia wezglowia, jak i kat nachylenia udowej części leżyska
- wyposażenie w bariery jak na rysunku referencyjnym
- leże wykonane z metalu
- w komplecie materac przeciwodleżynowy o gr. min. 12 cm
- w komplecie wysięgnik
- drewniana obudowa jak na rysunku referencyjnym

Pytanie nr 2

Podnośnik wannowy - Czy Zamawiający dopuści podnośnik z max. udźwigiem 140 kg?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający zmienia brzmienie opisu pozycji 2 Podnośnik wannowy na:

Specyfikacja:

- nakładka antypoślizgowa i nakładka obrotowo – przesuwna
- max. obciążenie min. 130 kg.
- regulacja oparcia
- pilot

Pytanie nr 3

Wózek inwalidzki I - Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki z maksymalnym obciążeniem min. 120 kg?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający zmienia brzmienie opisu pozycji 3 Wózek inwalidzki I na:

Specyfikacja:

- maksymalne obciążenie min.120 kg
- podłokietniki uchylne i wyciągane
- wyciągane i odchylane na boki podnóżki
- szerokość siedziska 42 cm
- siedzisko nylonowo - bawełniane lub nylonowe
- wózek składany
- rama stalowa
- hamulec postojowy

Pytanie nr 4

Taboret medyczny - Czy Zamawiający dopuści taboret o udźwigu min. 120 kg?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający zmienia brzmienie opisu pozycji 5 Taboret medyczny na:

Taboret medyczny wyposażony w pneumatyczną regulację wysokości. Siedzisko tapicerowane materiałem skóropodobnym (łatwo zmywalnym) w kolorze beżowym. Podstawa taboretu - pięcioramienna na kółkach. Maksymalne obciążenie - min. 120 kg. Średnica siedziska min. 34 cm.

Pytanie nr 5

Leżanka lecznicza drewniana - Czy Zamawiający dopuści leżankę o szer. 66 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający zmienia brzmienie opisu pozycji 6 Leżanka lecznicza drewniana na:

Wymiary: dł. min. 185 cm x szer. min. 66 cm z regulacją wysokości., Konstrukcja wykonana z drewna, leże z wypełnieniem pianką PU o grubości min. 7 cm, pokryte bezszwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego w jasnym kolorze.

Sekcja zagłówek regulowana mechanizmem grzebieniowym, umożliwiającym przyjęcie przez pacjenta pozycji półsiedzącej.

Maksymalne obciążenie - min. 150 kg.

Kolorystyka tapicerki zostanie uzgodniona z proponowanej przez Wykonawcę palety minimum 3 kolorów, wg potrzeb Zamawiającego, po zawarciu umowy.

Pod uwagę będą brane głównie wybarwienia jasne w kolorze: beż, kość słoniowa, popiel.

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty wzorników.

Wyrób medyczny.

Pytanie nr 6

Leżanka lecznicza drewniana - Czy Zamawiający dopuści leżankę z wypełnieniem pianką PU o grubości min. 7 cm??

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający zmienia brzmienie opisu pozycji 6 Leżanka lecznicza drewniana na:

Wymiary: dł. min. 185 cm x szer. min. 66 cm z regulacją wysokości,, Konstrukcja wykonana z drewna, leże z wypełnieniem pianką PU o grubości min. 7 cm, pokryte bezszwową tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego w jasnym kolorze.

Sekcja zagłówek regulowana mechanizmem grzebieniowym, umożliwiającym przyjęcie przez pacjenta pozycji półsiedzącej.

Maksymalne obciążenie - min. 150 kg.

Kolorystyka tapicerki zostanie uzgodniona z proponowanej przez Wykonawcę palety minimum 3 kolorów, wg potrzeb Zamawiającego, po zawarciu umowy.

Pod uwagę będą brane głównie wybarwienia jasne w kolorze: beż, kość słoniowa, popiel.

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty wzorników.

Wyrób medyczny.

Pytanie nr 7

Myjnia - dezynfekator do kaczek i basenów - Czy Wykonawca ma tylko zainstalować dezynfektor, a przygotowanie pomieszczenia jest po stronie Zamawiającego (podłączenie elektryczne, odpływ, zimna i ciepła woda)

Odpowiedź na pytanie nr 7

Budynek został wyposażony w instalacje elektryczną, zimną i ciepłą wodę oraz kanalizację.

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i montażu kształtek, zaworów i innych elementów niezbędnych do podłączenia, uruchomienia i funkcjonowania myjni.

Zmianie ulega Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego znak WI-R-K.7011.140.2023KRG z dnia 18.08.2023 r. OPZ Specyfikacja.