

## Wyjaśnienia i zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy: zapytania ofertowego na sprzedaż i dostarczenie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla budynku centrum opiekuńczo – mieszkalnego, w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1”

### **Pytanie nr 1**

Dotyczy pakietu 1. Pozycja 2. Rower rehabilitacyjny poziomy – 2szt.

Czy Zamawiający oczekuje roweru rehabilitacyjnego poziomego przeznaczonego dla laików (wyłącznie do użytku domowego) o masie koła zamachowego 7kg (1), czy przeznaczonego do użytku profesjonalnego w placówkach publicznych (w tym szpitalach) o wadze koła zamachowego 8,1kg (2)?

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający zmienia brzmienie opis pozycji 2 Rower rehabilitacyjny poziomy na:

Rower rehabilitacyjny poziomy:

- nośność – do 140 kg
- komputer z panelem, który wyświetla: czas, prędkość, dystans, spalone kalorie, puls, wydajność i ilość obrotów na minutę.
- min. 12 programów
- regulowany fotel
- regulacja oporu
- masa koła zamachowego – min. 8 kg
- elektromagnetyczny system oporu

Rower rehabilitacyjny poziomy przeznaczony do profesjonalnego użytku w placówkach domów pomocy społecznej i podobnych.

### **Pytanie nr 2**

Dotyczy pakietu 1. Pozycja 2. Rower rehabilitacyjny poziomy – 2szt.

Czy Zamawiający oczekuje roweru rehabilitacyjnego poziomego przeznaczonego dla laików (wyłącznie do użytku domowego) wyposażony w magnetyczny system oporu (1), czy przeznaczonego do użytku profesjonalnego w placówkach publicznych (w tym szpitalach) wyposażonego w elektromagnetyczny system oporu (2)?

Poniżej zdjęcia prezentujące omawiane rowery poziome – nr (1) dla laików, oraz nr (2) do użytku profesjonalnego:



### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający zmienia brzmienie opis pozycji 2 Rower rehabilitacyjny poziomy na:

Rower rehabilitacyjny poziomy:

- nośność – do 140 kg
- komputer z panelem, który wyświetla: czas, prędkość, dystans, spalone kalorie, puls, wydajność i ilość obrotów na minutę.
- min. 12 programów
- regulowany fotel
- regulacja oporu
- masa koła zamachowego – min. 8 kg
- elektromagnetyczny system oporu

Rower rehabilitacyjny poziomy przeznaczony do profesjonalnego użytku w placówkach domów pomocy społecznej i podobnych.

### **Pytanie nr 3**

Mając na uwadze dobro Zamawiającego i umożliwienie weryfikacji parametrów zaoferowanych urządzeń przed wyborem oferty, zwracamy się do Państwa z prośbą o wprowadzenie do zapytania dodatkowego załącznika będącego formularzem cenowym, wraz z podaniem modeli i producentów oferowanych urządzeń. W załączeniu przesyłamy proponowany wzór formularza.

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający nie wprowadza dodatkowego załącznika, będącego formularzem cenowym.

Zmianie ulega Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego znak WI-R-K.7011.140.2023KRG z dnia 20.07.2023 r. OPZ Specyfikacja.